



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.99.02.000.М.001178.08.23 от 23.08.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.

ООО "Элигенс Дентал", Московская область, городской округ Богородский, город Ногинск, улица Комсомольская, дом 22А, помещение 4 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Элигенс Дентал", Московская область, г. Ногинск, ул. Комсомольская, д. 22А, помещ. 4 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)". СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований". СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ООО "Радэк" №1512/23 от 03.08.2023. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.



Заключение действительно до 23.08.2028 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3617035



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.99.02.000.М.001178.08.23 от 23.08.2023 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения ООО "Элигенс Дентал": Московская область, г. о. Богородский, г. Ногинск, ул. Комсомольская, дом 22А, пом. 4

Работы с устройствами, генерирующими ионизирующее излучение, по проведению рентгенологических исследований.

Место проведения работ, состав помещений, вид и характеристика ИИИ, вид и характер работ, номинальный электрический режим, рабочая нагрузка:

Стоматологический кабинет №б/н с рентгеновским аппаратом расположен на 1-м этаже многоэтажного жилого здания, процедурная - 14,5 кв.м.:

- аппарат рентгеновский стоматологический "MyRay RX DC", зав.№706J2302, год выпуска - 2018, год монтажа - 2018, производства "CEFLA S. C." (Италия); рентгенологические диагностические исследования; максимальное анодное напряжение 70 кВ, рабочая нагрузка 40 мА*мин/неделя.

Обязательные условия: при проведении рентгенологических исследований пребывание в процедурной более одного пациента не допускается.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0064292